



Wrocław, 16.04.2025

Znak sprawy: EZ/299-301/401-403/25 (180906)

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę narzędzi chirurgicznych; jednorazowych staplerów i zszywek; igieł i strzykawek

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA W DNIU 14.04.2025

Pytanie 1: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 2 - Igła do biopsji wątroby. Igła półatomatyczna do biopsji tkanek miękkich, 18G/200mm, z możliwością regulacji rozmiaru bioptatu, końcówka echogenna, z ukośnie ściętym ostrzem, podziałka centymetrowa, sterylne, pakowana pojedynczo ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie czyni wymogu.

Pytanie 2: Proszę o wyjaśnienie, czy w poz. 8 wymaga strzykawki do insuliny z nakładaną igłą.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje strzykawki w komplecie z dopakowaną igłą.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

mgr Tomasz Dymyt

