



Znak sprawy: 137174

Wrocław, 17 stycznia 2024 r.

**Dotyczy:** zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia pododdziału chirurgii onkologicznej

**ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA W DNIU 16.01.2024 r.**

**Pytanie 1:** „Zadanie 4: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ładunków i staplerów o wysokości zszywki przez zamknięciem 3,8 mm w miejsce zszywek o wysokości 3,5 mm, wysokość po zamknięciu 1,5 mm oraz o wysokości zszywek przed zamknięciem 4,5 mm w miejsce zszywek o wysokości 4,8 mm, wysokość po zamknięciu 2,0 mm, zszywki okrągłe, pozostałe parametry staplerów i ładunków według opisu.”

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Dyrektor

mgr inż. Katarzyna Kapuścińska

