



Wrocław, 01.02.2024 r.

Znak sprawy: EZ/105/408/24 (139799)

**Dotyczy:** zapytania ofertowego na dostawę Rękawic jednorazowych

**ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA W DNIU 31.01.2024 r. i 01.02.2024 r.**

**Pytanie 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaferowanie rękawic o grubości na palcu 0,12 mm, na dłoni 0,08 mm oraz siła zrywania przed starzeniem min. 7,5N. Pozostałe parametry zgodne.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie 2:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaferowanie rękawic o długości min. 275 mm, dostępne w rozmiarach S-XL. Pozostałe parametry zgodne.

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie 3:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na palcach i wnętrzu dłoni, silikonowanej oraz powierzchni wewnętrznej pokrytej polimerem i silikonowanej; grubość pojedynczej ścianki na palcu  $0,33 \pm 0,03$  mm. Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności z normą ISO 45001. Pozostałe parametry zgodne.

***Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu zgodności z normą ISO 45001. Pozostałe parametry zgodne.***

**Pytanie 4:**

Prosimy o dopuszczenie rękawic zgodnych z normą ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, ISO 11137, zamiast ISO 45001, potwierdzonych kartą techniczną. Pozostałe parametry bez zmian.

***Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu zgodności z normą ISO 45001. Pozostałe parametry zgodne.***

Dyrektor

mgr inż. Katarzyna Kapuścińska



**DOLNY  
ŚLĄSK**