



Wrocław, 30.05.2025 r.

Znak sprawy: EZ/468/416-01/25

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę pozostałego jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych.

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA W DNIU 29.05.2025

Pytanie 1: Zadanie 1, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści śr. 5/8?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2: Zadanie 1 pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści łącznik wykonany z PP?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: Zadanie 1 pozycja nr 1 – Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4: Zadanie 1 pozycja nr 1 – Czy Zamawiający dopuści dren do odsysania pakowany podwójnie w foliowe opakowanie wewnętrzne oraz w foliowo - papierowe opakowanie zewnętrzne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów z SWZ.

Pytanie 5: Zadanie 1 pozycja nr 4 – Czy Zamawiający dopuści kranik tylko z optycznym indykatorem pozycji otwarty/zamknięty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6: Zadanie 1 pozycja nr 6 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.





**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Pytanie 7: Zadanie 1 pozycja nr 7 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z PCV w całości pozbawiony ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8: Zadanie 1 pozycja nr 10 – Czy Zamawiający dopuści łącznik martwa przestrzeń podwójnie obrotowy wykonany z medycznego PCV, rozciągliwy, karbowany 22M/15F-22F?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9: Zadanie 1 pozycja nr 6-7 – Proszę o dopuszczenie kolca ściętego trójplaszczynowo.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10: Zadanie 1 pozycja nr 6-7 – Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą z medycznego PCV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11: Zadanie 1 pozycja nr 11 – Proszę o dopuszczenie maski z workiem z drenem o długości 200 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

mgr Tomasz Dymyt


Kierownik
Sekcji Farmakoekonomiki
mgr Sylwia Budzik



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl