



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Wrocław, 20.08.2025r.

Znak: EZ/702/404/25 (190330)

ZAPROSZENIE

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej,

ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław,

KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384, tel. 71 306 41 01(13)

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

na podst. art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

1. Opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i depozyt na zestawy do badań endoskopowych

Kody CPV: 33169000-2, 33140000-3

1.2 Zamawiający wymaga dołączenia do oferty asortymentowo-cenowej opisów np. folderów, katalogów, informacji producenta zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia - potwierdzające wyspecyfikowane parametry lub oświadczenia o ich posiadaniu i udostępnieniu ich na każde żądanie Zamawiającego (jeśli dotyczy)

1.3 Jako odrębny załącznik (nr 2), Zamawiający zamieścił projekt umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia. Przewidywany okres zawarcia umowy – 3 miesiące

2. Wykaz wymaganych dokumentów od Wykonawcy:

2.1 Wypełniony, podpisany i opieczetowany :

- a) formularz asortymentowo-cenowy -załącznik nr 1,
- b) formularz oferty -załącznik nr 3.

2.2 Wypełniony i zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 2,

2.3 Aktualny wpis do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

- 2.4 Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane materiały medyczne są dopuszczone w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych do obrotu i stosowania na terenie RP (jeśli dotyczy)
- 2.5 Dołączenie opisów np. folderów, katalogów, informacji producenta potwierdzające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia - potwierdzające wyspecyfikowane w formularzu parametry lub oświadczenia o ich posiadaniu i udostępnieniu na każde wezwanie Zamawiającego (jeśli dotyczy)

Uwaga! W przypadku braku w w/w materiałach podanej nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama z nazwą producenta wskazaną w „Formularzu asortymentowo-cenowym”.

3. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej

Ofertę cenową należy złożyć w terminie **do dnia 25.08.2025 r do godziny 10:00** w formie:

a) pisemnej na adres:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie. Koperta powinna posiadać **dopisek „zapytanie ofertowe- apteka szpitalna-EZ/702/404/25”**

lub

b) drogą elektroniczną na adres:

farmakoekonomika@szpital-marciniak.wroclaw.pl z dopiskiem:

„zapytanie ofertowe- apteka szpitalna-EZ/702/404/25”

4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi treści Zaprośzenia wyłącznie pisemnie drogą elektroniczną na adres e – mail: **farmakoekonomika@szpital-marciniak.wroclaw.pl** **nie później niż 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.** Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie z zastrzeżeniem dnia otwarcia ofert. W przypadku braku możliwości odpowiedzi Zamawiający przesunie termin otwarcia ofert, celem umożliwienia złożenia Wykonawcy poprawnej oferty. Informacje o przesunięciu terminu wraz z udzielonymi odpowiedziami Zamawiającego zostaną upublicznione na stronie Internetowej Zamawiającego.

5. Kryterium

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną.

Dokonując oceny oferty Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.

Ceny podawane w walucie innej niż PLN na potrzebę oceny ofert muszą zostać przeliczone przez Zamawiającego na PLN wg oficjalnego średniego kursu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień złożenia oferty. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: <http://www.nbp.pl/>

6. Termin związania z ofertą

Wykonawca jest związany swoją ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

7. Informacje dotyczące unieważnienia postępowania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. Od podjętej przez Zamawiającego decyzji dotyczącej rozstrzygnięcia nie przysługuje Oferentowi odwołanie.

Wszystkie pisma składane przez Wykonawców, mające charakter odwołania do rozstrzygnięcia, pozostaną bez rozpatrzenia.

Zamawiający zamieści na stronie internetowej w terminie 5 dni roboczych liczonych od upływu zatwierdzenia rozstrzygnięcia przez Dyрекcję Szpitala.

Załączniki do niniejszego Zaproszenia:

1. Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 1
2. Wzór umowy - załącznik nr 2
3. Formularz oferty - załącznik nr 3

p.o. Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa
dr n. med. Tomasz Tomkański



**DOLNY
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - WYKAZ WYROBÓW W DEPOZYCIE

Lp.	Nazwa asortymentu	Nazwa własna/Producent	Grupa / Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamawiana (CPV)	Jm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Vat	Kwota Vat	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	Wartość Vat	Wartość brutto	Nr katalogowy	Ilość w depozycie
Załącznik 1														
1.	Protezy transukwowe do zabiegów terapeutycznych i profilaktycznych, wykonane z nopyłnu z otworami demującymi na całej długości o średnicy 5 Fr, dostępne w wersji pojedynczy pigulki bez zaczepów, pojedynczy pigulki z zaczepem dystalnym, prosta z przekształconymi zaczepami oraz prosta z pojedynczym zaczepem dystalnym i podwójnym przekształconymi, wszystkie protezy współpracują z przewodnikiem 035", dostępne z zaciskową końcówką dystalną w protezach 5 Fr, dostępne długości 3 cm.		33169000-2	szt.	5	- zł	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5
2.	Szczypce chirurgiczne jednorazowego użytku, pokryte powłoką hydrofilną, średnica oślonki 1,8mm i 2,4mm, w długości 18cm i 23cm, rozwarce ramion: 4,5°, 7°, 8°, 9mm, dostępne w wersji: aligator, ząb szczurza oraz hełm (do wyboru) (5 szt. w opakowaniu)		33169000-2	op.	1	- zł	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1
3.	Zestawy do protezowania dróg żółciowych z protezą typu anastomoz wykonaną z materiału zaprawianego przedłużoną drożnością, fabrycznie zmontowany, zawiera cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę zespoloną nitą z popychaczem w sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przed i w tył, współpracuje z przewodnikiem o średnicy 035". Protezy o dł. 10 cm o śr. 10 Fr LUB Zestaw do protezowania dróg żółciowych jednorazowy, zawierający: zestaw wyprowadzający z czeremna cieniodynami opaskami co 5 cm z załadowanym stentem Cotton-Leung, cewnik popychający o dł. 170 cm, cewnik nakierowujący o dł. 205 cm, Rozmiar stenu 10 Fr do wyboru przez zamawiającego. Współpracuje z przewodnikiem o średnicy 0,35".		33169000-2	szt.	2	- zł	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2
4.	Zestawy do protezowania dróg żółciowych z protezą typu anastomoz wykonaną z materiału zaprawianego przedłużoną drożnością, fabrycznie zmontowany, zawiera cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę zespoloną nitą z popychaczem w sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przed i w tył, współpracuje z przewodnikiem o średnicy 035". Protezy o dł. 12 cm o śr. 10 Fr LUB Zestaw do protezowania dróg żółciowych jednorazowy, zawierający: zestaw wyprowadzający z czeremna cieniodynami opaskami co 5 cm z załadowanym stentem Cotton-Leung, cewnik popychający o dł. 170 cm, cewnik nakierowujący o dł. 205 cm, Rozmiar stenu 10 Fr do wyboru przez zamawiającego. Współpracuje z przewodnikiem o średnicy 0,35".		33169000-2	szt.	2	- zł	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2
5.	Zestawy do protezowania dróg żółciowych z protezą typu anastomoz wykonaną z materiału zaprawianego przedłużoną drożnością, fabrycznie zmontowany, zawiera cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę zespoloną nitą z popychaczem w sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przed i w tył, współpracuje z przewodnikiem o średnicy 035". Protezy o dł. 7 cm o śr. 8,5 Fr LUB Zestaw do protezowania dróg żółciowych jednorazowy, zawierający: zestaw wyprowadzający z czeremna cieniodynami opaskami co 5 cm z załadowanym stentem Cotton-Leung, cewnik popychający o dł. 170 cm, cewnik nakierowujący o dł. 205 cm, Rozmiar stenu 8,5 Fr do wyboru przez zamawiającego. Współpracuje z przewodnikiem o średnicy 0,35".		33169000-2	szt.	2	- zł	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2

6.	Zestawy do protezowania dróg żółciowych z protezą typu amsterdam wykonaną z materiału zapewniającego przedzielną drożność, fabrycznie zmontowany, zawiera cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę zespoloną nicią z popychaczem w sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył, współpracuje z przewodnikiem o średnicy 0,35". Protezy o dł. 5 cm o śr. 8,5 Fr LUB Zestaw do protezowania dróg żółciowych jednorazowy, zawierający: zestaw wprowadzający z czterema cienkościnnymi opaskami co 5 mm z załadowanym śluciem Cotton-Leung, cewnik popychający o dł. 170 cm, cewnik nakierowujący o dł. 205 cm, Rozmiar słu 8,5 Fr, do wyboru przez zamawiającego. Współpracuje z przewodnikiem o średnicy 0,35".*	33169900-2	szt.	2	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł									2
7.	Zestawy do protezowania dróg żółciowych z protezą typu amsterdam wykonaną z materiału zapewniającego przedzielną drożność, fabrycznie zmontowany, zawiera cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę zespoloną nicią z popychaczem w sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył, współpracuje z przewodnikiem o średnicy 0,35". Protezy o dł. 10 cm o śr. 8,5 Fr LUB Zestaw do protezowania dróg żółciowych jednorazowy, zawierający: zestaw wprowadzający z czterema cienkościnnymi opaskami co 5 mm z załadowanym śluciem Cotton-Leung, cewnik popychający o dł. 170 cm, cewnik nakierowujący o dł. 205 cm, Rozmiar słu 8,5 Fr, do wyboru przez zamawiającego. Współpracuje z przewodnikiem o średnicy 0,35".*	33169900-2	szt.	2	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł									2
8.	Zestawy do protezowania dróg żółciowych z protezą typu amsterdam wykonaną z materiału zapewniającego przedzielną drożność, fabrycznie zmontowany, zawiera cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę zespoloną nicią z popychaczem w sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył, współpracuje z przewodnikiem o średnicy 0,35". Protezy o dł. 12 cm o śr. 8,5 Fr LUB Zestaw do protezowania dróg żółciowych jednorazowy, zawierający: zestaw wprowadzający z czterema cienkościnnymi opaskami co 5 mm z załadowanym śluciem Cotton-Leung, cewnik popychający o dł. 170 cm, cewnik nakierowujący o dł. 205 cm, Rozmiar słu 8,5 Fr, do wyboru przez zamawiającego. Współpracuje z przewodnikiem o średnicy 0,35".*	33169900-2	szt.	2	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł									2

Zadanie 2

1.	Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,025" i 0,035", długość robocza 2700 i 4500mm, grętka końcówka powłoka hydrofilna o długości 70mm widoczna w promieniach RTG, posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej; dwa rodzaje sztywności końcówki (dó wyboru) – standardowa oraz bardziej grętka zwaną końcówką dystalną, której specjalna konstrukcja rżemna umożliwia utworzenie petli alfa, specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przetrwać moment obrótowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przebieganiu przez przewody złoćiowe; końcówka prosta lub zgięta do wyboru.	33140000-3	szt.	5	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5
2.	Trojkanalowy papiloton jednorazowego użytku, posiada 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cietwinę i do iniekcji środka kontrastującego; część cietwinę pokryta izolacyjną warstwą ochronną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanki niebędącej częścią papilotonu, posiada zintegrowany uchwył; końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ultrabiałych ułatwienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym, końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG, posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu, posiada znacznik V, długość narzędzia 1700mm, długość noska 3mm, długość cietwiny 20 i 30 mm oraz długość noska 7mm, długość cietwiny 20 i 25mm ; średnica końcówki narzędzia 1,5mm (4,5Fr), maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm, kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm, maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035" (0,89mm), dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zajątym modyfiem zapewniającym stabilność; dostarczany w steretylnym pakiecie, gotowy do użytku	33140000-3	szt.	2	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2

3.	Trójkanałowy papilotom jednorozowego użytku, posiada 3 oddzielne kanały: na przewodnic, cęciwce i do iniekcji środka kontrastującego, część cęciwcy pokryta izolacyjną warstwą celuloną zapobiegającą poparzeniom termicznym tkanek niebędącej celem papilotomii; posiada zintegrowany uchwyty, końcówka dystalna posiada dwukolorowy system znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w obrazie endoskopowym; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rekojęści endoskopu; długość narzędzia 1700mm, długość cęciwki 20mm, średnica końcówki narzędzia 1,3mm (4,0 Fr); maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej przewodnicy 0,025", dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagętym mandrynem zapewniającym stabilność;	33140000-3	szt.	2	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2
4.	Trójkanałowy papilotom igłowy jednorozowego użytku, posiada 3 oddzielne kanały: na przewodnicę, cęciwce i do iniekcji środka kontrastującego; posiada zintegrowany uchwyty, końcówka dystalna posiada system niebieskich znaczników ułatwiających ustawienie noża i ocenę odległości w obrazie endoskopowym; końcówka dystalna narzędzia posiada znacznik widoczny w promieniach RTG; posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rekojęści endoskopu; długość narzędzia 1700mm, długość igły 5mm, średnica igły 0,2mm, średnica końcówki dystalnej 3Fr; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; maksymalna średnica współpracującej przewodnicy 0,035" (0,89mm); dostarczany z umieszczonym w części dystalnej narzędzia zagętym mandrynem zapewniającym stabilność; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku	33140000-3	szt.	2	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2
5.	Szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych, długość narzędzia 1900mm, długość szczoteczki 10mm, średnica szczoteczki 3mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; posiada 2 znaczniki radiologiczne na obu końcach szczoteczki; posiada port iniekcyjny; kompatybilna z przewodnicą 0,89mm (0,035"), na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie szczoteczki po przewodnicy na całej jej długości;	33140000-3	szt.	2	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2
6.	Jednorozowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnie (model do wyboru): 8,5mm, 11,5mm, 15,0mm lub 15mm, 18mm, 20,0mm; możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu; na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG; narzędzie posiada złączną końcówkę ułatwiającą przejście przez złączenia, długość narzędzia 1900mm; kompatybilna z przewodnicą 0,035" lub mniejszą; narzędzie wprowadzane jest po przewodnicy na całej jego długości; w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy; narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczającą światła osłonką na balon	33140000-3	szt.	2	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2
7.	Jednorozowy balon wysokociśnieniowy do poszerzania dróg żółciowych, sfinkteroplastyki - długość balonu 20-40mm; zakres średnicy balonu 4-6mm oraz długość balonu 30mm, średnica 8mm; kompatybilny z jednorozowym urządzeniem do napełniania o poj. 60cc, 15 atm.	33140000-3	szt.	2	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2
8.	Jednorozowe narzędzie do napełniania poszerzaczki balonowych; nie zawiera lateksu, obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm	33140000-3	szt.	2	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2
9.	Jednorozowy koszyk do usuwania złogów i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4 i 8-drurowy; szerokość rozłożonego koszyka odpowiednio 22 i 20mm, długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna lub specjalne oczko na końcówce dystalnej koszyka umożliwiające wprowadzenie kosza po przewodnicy (do wyboru); posiada port iniekcyjny; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku	33140000-3	szt.	2	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2
Razem										0,00 zł	0,00 zł

*Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiaru przy składaniu każdorazowego zamówienia