



ET/221/58/25

Znak sprawy: EZ/342/104-ET/25

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę podnóżka oraz podstawki pod monitor dla Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka- Centrum Medycyny Ratunkowej

Odpowiedzi na pytania

Pytanie 1

W zaproszeniu widnieje zapis: "Złożenie oferty nie spełniającej wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym (..) skutkować będzie odrzuceniem oferty".

Czy wobec tego dopuszczą Państwo:

- 1). podnóżek o regulacji wysokości między 100-165 mm?
- 2). podstawę całą z tworzywa o wymiarach 100 x 500 x 364 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści podnóżek o regulacji wysokości między 100-165 mm oraz podstawę całą z tworzywa o wymiarach 100 x 500 x 364 mm, lecz nie czyni z tego wymogu.

